ELECTRONICA MEDICAL
by Electronica Technologies

Diadice Médical

FABRIQUÉ EN FRANCE

AUDIOMÈTRE 800 M

Photo avec casque DD65-V2

L'audiomètre 800M est particulièrement adapté aux professionnels de santé des Médecines du travail et médecine scolaire. Il se connecte facilement à tout PC équipé d'un port USB.

REV : JANVIER 2021

CE 0459

AUDIOMÈTRE 800 M

L'outil d'excellence professionnelle par **conduction aérienne**. Livré avec **bouton réponse patient** et **1 casque au choix de Radioear** : DD45, DD65-V2 ou DD45 avec coque Peltor

Fourni avec un **logiciel intuitif et interactif**, sur clé USB, sans limitation du nombre d'installation ni de durée de validité

Photo avec casque DD45

- **Exportation** au **format XML**
- **Interfaçable** avec la plupart des **logiciels de la médecine du travail.**
- **Compatible protocole GDT**
- **Création de bases de données** avec possibilité **de fusion** et de **synchronisation**

- **Aide à l'interprétation** des audiogrammes,
- **Calcul** des pertes auditives,
- **Détermine les seuils d'audibilité** selon la méthode «Hughson-Westlake»
- Intégration dans le rapport de test d'un **logo personnalisé** et de la **signature du praticien**

Branchement du casque à l'audiomètre avec **2 jacks monos** en 6,35 mm

Mode d'emploi au format pdf et aide en ligne : Anglais, Allemand, Italien, Français.

GARANTIE 3 ANS (HORS CASQUES) - CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

INFORMATIONS TECHNIQUES

- **Type :** 4 – dépistage et contrôle (selon EN 60645-1) Marquage Médical CE 0459 (G-MED) - Classe IIa -
- **Sortie :** CA - Conduction Aérienne sur 2 jacks monos en 6.35 casque Radioear DD45, Radiohear DD65V2, Radioear DD45 avec coque Peltor
- **Gamme de fréquences (11 valeurs) :** 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz (+/- 1%)
- **Niveau sonore ajustable :** de 10 HLdB à 100 HLdB
- **Incrément de niveau :** 5 dB
- **Alimentation :** Liaison USB isolée assurant la sécurité électrique (selon EN 60601-1)
- **Stimulations :** Son continu ou son pulsé
- **Tests :** Manuel - Automatique / normal et méthode «Hughson Westlake» / scénario standard, aléatoire et personnalisé
- **Calcul des pertes auditives :** IPA - PAM + 3 calculs à créer : tous personnalisables
- **Configuration minimale du PC :** 1 port USB, RAM : 1 Go, CPU : 1 GHz, Espace libre sur disque dur : 50 Mo, résolution graphique : 1024 x 600. Windows 7, Windows 8, Windows 10
- **Poids total de l'ensemble :** 1,5 Kg tous accessoires compris. Mallette antichoc 350 x 300 x 100mm

Electronica Medical propose une gamme complète d'appareils de dépistage auditif, destinés à la médecine scolaire et à la médecine du travail.